Blandningspistol till dual-spruta

Allmänt

Blandningspistol till dual-spruta är utformad för att kunna användas till alla Bisco:s produkter förpackade i dualspruta. Blandningspistolen gör det lätt och precist att använda material med högre viskositet som blandas i automixspets.

Försiktighetsanvisningar:

För att förebygga polymerisation eller igensättning i dual-sprutans kamrar, bör använd blandningsspets på dualsprutan lämnas kvar tills nästa användningstillfälle. Användningen av vanligen förekommande hygieniska skydd för att undvika kontamination av sprutan under behandlingen rekommenderas. Om använd intraoralt, rengör spetsen med desinfektionsmedel före förvaring.

Bruksanvisning

Ladda dualsprutan i blandningspistolen:

1. Dra tillbaka Blandningspistolens pistong så att en Dual-Spruta kan monteras i blandningspistolen, genom att pressa upp frigörningsspaken placerad baktill på blandningspistolen. När frigörningsspaken pressas upp kan pistongen dras fram och tillbaka utan hinder. Dra tillbaka pistongen hela vägen.

2. Avlägsna befintlig pistong från dualsprutan som ska monteras i blandningspistolen genom att med ett bestämt drag ta bort denna från dualsprutan (spara denna för ev senare användning).

3. Dual-Sprutan kan bara monteras i Blandningspistolen på ett håll. Se till att patronen passar i öppningen på sidan av Blandningspistolen. Tryck på plats i Blandnings-pistolen tills ett klick hörs. Klicket tillförsäkrar att patronen är korrekt monterad och låst på plats.

Avlägsna dualsprutans täckkork och montera en blandningsspets.

1. Avlägsna dualsprutans täckkork genom att vrida den 90 grader moturs och dra loss den.

2. Innan en blandningsspets monteras på dualsprutan ska en mindre mängd material tryckas fram och strykas av på ett blandningsblock för att se till att material ur bägge kamrarna kommer ut samtidigt. Detta för att tillförsäkra en homogen blandning.

3. Välj en blandningsspets

4. Orientera de V-formade jacken mot varandra på dualsprutans mynning och blandningsspetsens låsring. Tryck fast blandningsspetsen och vrid låsringen 90 grader medurs.

5. Dispensera önskad mängd material genom att ***trycka försiktigt och ihållande*** på handtaget. För att förebygga polymerisation eller igensättning i dual-sprutans kamrar, bör använd blandningsspets på dualsprutan lämnas kvar tills användningstillfälle.

Avlägsnande och desinfektion/sterilisering:

1. För att avlägsna Dual-Sprutan från Dispenserhandtaget tryck på frigörningsspaken uppåt och dra tillbaka pistongen helt. Tryck ut Dual-Sprutan ur Dispenser-handtaget.

2. Den skall glida lätt, annars tryck upp frigörningsspaken en gång till, dra tillbaka pistongen och tillförsäkra att den är helt tillbakadragen.

3. Desinfektionsmetod: Rengör blandningspistolen med en etanollösning eller med en indränkt dentaltork.

4. Steriliseringsmetod: Blandningspistolen kan steriliseras i autoklav vid en temperatur som inte överstiger 132°C, för att förhindra att materialet på blandningspistolen (plast) slår sig. För detaljerade anvisningar kontakta autoklavtillverkaren. Använd inte blandningspistolen förrän den fått kylas ned.

Garantier
Bisco Inc. åtar sig att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

EC Representative
BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
+33-4-90-42-92-92

HULTÉN & Co Dental
Sandegårdsgatan 5
216 11 Limhamn
Sweden
040- 15 66 77
www.bisco.se

IN-163R3 Rev 3/15